

INSTRUMENTO: Instrumento de pesaje de funcionamiento no automático

SOLICITANTE: METTLER TOLEDO, S.A.E.

DIRECCIÓN: C/ Miguel Hernández nº 69-71
08908 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT **NIF/CIF/DNI:** A08244568

TIPO DE ACTUACIÓN: Declaración de conformidad con el modelo basada en la verificación del producto (módulo F).

CONFORME A: Requisitos de la Directiva 2014/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014, mediante los exámenes y ensayos de verificación establecidos en la norma europea EN45501:2015.

IDENTIFICACIÓN:	Conjunto	Indicador	Transductor	Receptor de carga
Marca	METTLER TOLEDO	METTLER TOLEDO	METTLER TOLEDO	METTLER TOLEDO
Modelo/ tipo	BPT	IND780	MTX	Empotrada, Metálica
Nº de serie/otros	B906213268	B906213268-5BW	6 unidades	6 apoyos 16 x 3 m

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS:

clase	(III)	Max	50000 kg	Min	1000 kg
e	20 kg	n	2500	T	-Max

FECHA VERIFICACIÓN: 02/07/2020

PRECINTADO: Visor

CERTIFICADO DE APROBACIÓN CE DE MODELO: T2391

El Certificado de Conformidad es válido para el siguiente lugar de instalación/localización/área de uso:

ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U.
MUELLE INFLAMABLES, S/N. ZONA FRANCA / CONTA DIQUE SUR
08032 BARCELONA

SIGNATARIO/s AUTORIZADO/S:
Responsable Técnico

Inspector