

UNIDAD TÉCNICA RESPONSABLE:

Dissabtes, 2-A - Planta 1 - Polig. Alquería de Moret 46210-PICANYA (VALENCIA) Tfno.:963134077 email:valencia@ingein.es

OFICINA COMERCIAL: Pol. Ind. Oeste, Avda. Principal, Parcela 30.1, Edif. Argos Of. 1F 30169-SAN GINES (MURCIA) Tfno.:968270212 email:murcia@ingein.es

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DE INSTRUMENTO DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO

- Periódica
 Después de reparación
 Después de modificación

N.º : **V301_00794_22***Reglamentación reguladora**ORDEN ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado de determinados instrumentos de medida.*• **TITULAR:** 262179Entidad **ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U.**

NIF/CIF: A86484334

• **Lugar de ubicación**

262179

ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U. (ESCOMBRERAS)
Muelle Príncipe Felipe. Dársena de Escombreras, s/n.
30350 ESCOMBRERAS
MURCIA• **INSTRUMENTO**• **Datos del conunto**

Denominación: Báscula puente
Marca: EPELSA
Modelo: F1000
Nº Serie: 2000602

Características Técnicas

Max: 60000 kg **e:** 20 kg
Min: 400 kg **Clase:** III

- **FECHA DE VERIFICACIÓN:** 3 de marzo de 2022
• **RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN:** CONFORME



Cargo: Jefe de Laboratorio
Firma digital

Signatario/a autorizado/a

Certificado nº: **V301_00794_22**

• **PRECINTOS EXISTENTES:**

Nº	Entidad	Identif.	Ubicación	Tipo	Reprec.
1	FABRICANTE	C0102	DISPOSITIVO INDICADOR	ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
2	INGEIN	17OV0117566/17OV0117567	CAJA SUMAS	ETIQUETA	<input type="checkbox"/>
2	REPARADOR	08M02981/08M02982	DISPOSITIVO INDICADOR	ETIQUETA	<input type="checkbox"/>

• **PRECINTOS COLOCADOS:**

• **VALIDEZ DE ESTA VERIFICACIÓN:** 2 de marzo de 2024 si antes no hay una operación de reparación o modificación que obligue a una verificación después de reparación o modificación

• **INSPECTOR RESPONSABLE:** FRANCISCO JOSE RUIZ GONZALEZ

• **OBSERVACIONES:**

