

## CERTIFICAT DE VERIFICACIÓ METROLÒGICA

CERTIFICAT N° 25M041616-R0



**Applus Metrology, S.L.U.**  
Organisme autoritzat de verificació metrològica, núm 02-OV-0004

Polígono Ind. Cova Solera –  
Avda. Can Sucarrats, 110 - Nave 11  
08191 Rubí (Barcelona) (93.586.26.80)

**Verificació periòdica** conforme a l'Ordre ICT/155/2020, de 7 de febrer, per la que es regula el control metrològic de l'estat dels instruments de mesura, modificada per l'Ordre ITU/1475/2024, de 17 de desembre. Annex I

**Instrument de Pesatge de Funcionament No Automàtic**

**Instrument:** Báscula Puente Sobresuelo  
**Peticionari:** ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U  
Paseo de los Olmos,19  
28005 MADRID (Madrid)

**Ubicació:** Muelle de Energía  
Muelle de Energia, s/n Tramo VIII (inflamables)  
08039 Barcelona (Barcelona)

**Localizació:**

|                         | Conjunt        | Indicador      | Cél·lules      | Plataforma       |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Marca</b>            | Mettler Toledo | METTLER toledo | Mettler toledo | --               |
| <b>Model</b>            | BPT            | IND780         | MTX            | --               |
| <b>N° de sèrie</b>      | B906213269     | B906213269     | --             | --               |
| <b>Característiques</b> | --             | --             | 6 uds.         | Hormigón 18 x 3m |

**Classe:** III **e = 20 kg**  
**Máx:** 60000 kg (limitado a 50000 kg) **d = 20 kg**  
**Mín:** 1000 kg **T: --**

**Precintes:** Mettler (Carcasa) Mettler (Carcasa)

**Software:** --

**Resultat de la Verificació:** FAVORABLE

**Data de Verificació:** 04-12-2025

**Vàlid fins: 04-12-2027**

(Si abans no hi ha una operació de reparació o modificació que obligui a superar una Verificació després de Reparació o Modificació.)

Documento firmado electronicamente según ley 59/2003 e identificado mediante código seguro de verificación(CSV):c70a2256ac954  
Consulte su validez <https://apps.applus.solutions/metrosign/>



Aquest document consta d'un full sense annexos. El present Certificat de Verificació s'emet a efectes únicament metrològics.