

CERTIFICAT DE VERIFICACIÓ METROLÒGICA

CERTIFICAT N° 25M041618-R0



Applus Metrology, S.L.U.
Organisme autoritzat de verificació metrològica, núm 02-OV-0004

Polígono Ind. Cova Solera –
Avda. Can Sucarrats, 110 - Nave 11
08191 Rubí (Barcelona) (93.586.26.80)

Verificació periòdica conforme a l'Ordre ICT/155/2020, de 7 de febrer, per la que es regula el control metrològic de l'estat dels instruments de mesura, modificada per l'Ordre ITU/1475/2024, de 17 de desembre. Annex I

Instrument de Pesatge de Funcionament No Automàtic

Instrument: Báscula Puente Sobresuelo
Peticionari: ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U
Paseo de los Olmos,19
28005 MADRID (Madrid)

Ubicació: Muelle de Energía
Muelle de Energia, s/n Tramo VIII (inflamables)
08039 Barcelona (Barcelona)

Localizació: Báscula B **Referencia:** Báscula B

	Conjunt	Indicador	Cél·lules	Plataforma
Marca	Mettler Toledo	METTLER toledo	Mettler toledo	--
Model	BPT	IND780	MTX	--
N° de sèrie	B906213267	B906213267	--	--
Característiques	--	--	6 uds.	Hormigón 18 x 3m

Classe: III **e = 20 kg**
Máx: 50000 kg **d = 20 kg**
Mín: 1000 kg **T: --**

Precintes: Mettler Toledo (Carcasa) Mettler Toledo (Carcasa)

Software: --

Resultat de la Verificació: FAVORABLE

Data de Verificació: 04-12-2025

Vàlid fins: 04-12-2027

(Si abans no hi ha una operació de reparació o modificació que obligui a superar una Verificació després de Reparació o Modificació.)

Documento firmado electronicamente según ley 59/2003 e identificado mediante código seguro de verificación(CSV):eeb978f925414
Consulte su validez <https://apps.applus.solutions/metrosign/>



Aquest document consta d'un full sense annexos. El present Certificat de Verificació s'emet a efectes únicament metrològics.