

CERTIFICAT DE VERIFICACIÓ METROLÒGICA

CERTIFICAT N° 22M004035-R0



Laboratorio de Ensayos Metrológicos, S.L.
Organisme autoritzat de verificació metrològica, núm 02-OV-0004

Polígono Ind. Cova Solera –
Avda. Can Sucarrats, 110 - Nave 11
08191 Rubí (Barcelona) (93.586.26.80)

Verificació després de reparació conforme als criteris establerts de l'Ordre ICT/155/2020, (BOE 47, DE 24/02/20)

Instrument de Pesatge de Funcionament No Automàtic

Instrument: Bàscula
Peticionari: ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U
Paseo de los Olmos,19
28005 MADRID (Madrid)

Ubicació:
Muelle de Energia, s/n Tramo VIII (inflamables)
08039 Barcelona (Barcelona)

Localizació:

	Conjunt	Indicador	Cél·lules	Plataforma
Marca	Mettler Toledo	METTLER	METTLER	--
Model	BPT	IND780	PDX	--
Nº de sèrie	B906213268	B906213268-5BW	--	Metàlica --
Característiques	--	--	----	6 apoyos

Classe: III **e = 20 kg**
Máx: 50000 kg **d = 20 kg**
Mín: 1000 kg **T: --**

Precintes: METTLER (AccAjuste) 02 OV.0160723 (AccAjuste)

Resultat de la Verificació: FAVORABLE

Data de Verificació: 18-07-2022

Documento firmado electronicamente según ley 59/2003 e identificado mediante código seguro de verificación(CSV):b402cc90bf584
Consulte su validez <https://apps.applus.solutions/metrosign/>



Aquest document consta d'un full sense annexos. El present Certificat de Verificació s'emeta a efectes únicament metrològics.

Vàlid fins: 18-07-2024

(Si abans no hi ha una operació de reparació o modificació que obligui a superar una Verificació després de Reparació o Modificació.)