

# CERTIFICAT DE VERIFICACIÓ METROLÒGICA

CERTIFICAT N° 22M004035-R0



Laboratorio de Ensayos Metrológicos, S.L.  
Organisme autoritzat de verificació metrològica, núm 02-OV-0004

Polígono Ind. Cova Solera –  
Avda. Can Sucarrats, 110 - Nave 11  
08191 Rubí (Barcelona) (93.586.26.80)

**Verificació després de reparació** conforme als criteris establerts de l'Ordre ICT/155/2020, (BOE 47, DE 24/02/20)

## Instrument de Pesatge de Funcionament No Automàtic

**Instrument:** Bàscula  
**Peticionari:** ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U  
Paseo de los Olmos,19  
28005 MADRID (Madrid)

**Ubicació:**  
Muelle de Energia, s/n Tramo VIII (inflamables)  
08039 Barcelona (Barcelona)

### Localizació:

	Conjunt	Indicador	Cél·lules	Plataforma
<b>Marca</b>	Mettler Toledo	METTLER	METTLER	--
<b>Model</b>	BPT	IND780	PDX	--
<b>Nº de sèrie</b>	B906213268	B906213268-5BW	--	Metàlica --
<b>Característiques</b>	--	--	----	6 apoyos

**Classe:** III **e = 20 kg**  
**Máx:** 50000 kg **d = 20 kg**  
**Mín:** 1000 kg **T: --**

**Precintes:** METTLER (AccAjuste) 02 OV.0160723 (AccAjuste)

**Resultat de la Verificació:** FAVORABLE

**Data de Verificació:** 18-07-2022

Documento firmado electronicamente según ley 59/2003 e identificado mediante código seguro de verificación(CSV):b402cc90bf584  
Consulte su validez <https://apps.applus.solutions/metrosign/>

**Vàlid fins: 18-07-2024**

(Si abans no hi ha una operació de reparació o modificació que obligui a superar una Verificació després de Reparació o Modificació.)



Aquest document consta d'un full sense annexos. El present Certificat de Verificació s'emet a efectes únicament metrològics.