

**CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN TRAS REPARACION**

Nº **V-16-04.063 REV. 1**

Hoja Nº 1/1

**EMPRESA**

**Nombre:** ENAGAS TRANSPORTE S.A.U.  
**Dirección:** PASEO DE LOS OLMOS, 19  
**Localidad:** MADRID

**EQUIPO**

**Tipo de instrumento:** BASCULA ELECT. DE GRAN TONELAJE DE PESAJE NO AUTOMATICO  
**Lugar de inspección:** MUELLE PRINCIPE FELIPE - VALLE DE ESCOMBRERAS (MURCIA) - ISLETA B

**DATOS DEL INSTRUMENTO**

Marca	Modelo	Nº de serie
EPELSA	F-1000	2000603

**Características:**

A. Máximo	A. Mínimo	Max / e	
60 000 kg	400 kg	3000	
Rango de verificación	Escalón de verificación	Escalón real	
44 000 kg	20 kg	20 kg	
Clase de exactitud	Plataforma	Medidas	Nº de apoyos
III	HORMIGON - SOBRESUELO	16 X 3 m	6
Celulas	Marca	Modelo	Capacidad nominal
	EPEL	CPC	20 t

Visor	Marca	Modelo	Nº de serie
	EPELSA	CYBER	704913

<b>Precintos</b>	08-M-0322, PREC. CE Y Nº AJUSTE C0011
------------------	---------------------------------------

Verificación tras reparación realizada por LABORATORIO METROLÓGICO DE MURCIA, S.L. EI **09/03/2016**  
para la comprobación de los requisitos establecidos en la "Orden Ministerial de 27 de Abril de 1999 (BOE 8 de Mayo de 1999),  
por la que se regula el control metrológico del Estado para los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático,  
en sus fases de verificación, después de reparación o modificación y de verificación periódica". En base al informe de  
ensayos de mismo número de certificado, se declara APTO. Y para que conste, se expide el  
presente certificado a fecha **13/04/2016**. La validez del presente certificado será hasta el **09/03/2018**, antes de  
cuya fecha, se deberá solicitar nueva verificación.

El número del libro de registro, o en su defecto la fecha de comprobación de la conformidad, es: MUPENA M-33175

**Observaciones**

- Esta es la revisión 1 del certificado V-16-04.063 Revisión 0.
- Esta revisión anula todas las anteriores.
- La naturaleza de la revisión es debida a un error en el titular del certificado.

**LABORATORIO METROLOGICO  
DE MURCIA, S.L.**  
Pol. Ind. Oeste, Parcela 24  
C/ Buen Hacer  
Tif. : 968 88 47 91  
30169 SAN GINES (Murcia)

DIRECTOR TÉCNICO

Fdo.: JOSE A. ESPINOSA VICENTE

**ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO ACREDITADO POR ENAC CON ACREDITACIÓN Nº OC-I/199  
EMPRESA AUTORIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA ENERGIA Y MINAS  
CON Nº DE CONTROL METROLOGICO 08-OV-0009**